



Elektriska funktioner

Rullstolen startas vid tryck på valfri knapp på manöverkontrollen.

Manöverkontroll

Överst på manöverkontrollen ses batteriindikatorn. Ladda rullstolen när indikatorn börjar blinka i det röda fältet.

Rullstolen laddas när strömkabeln från kontrollboxen kopplas till ett strömutfatt. En full uppladdning tar upp till sex timmar. Ladda gärna rullstolen direkt vid mottagning.

Under batteriindikatorn på manöverkontrollen finns ryggtiltsfunktionen. Pilarna styr ryggtilt från 90°- 120°.

Under denna finns tiltfunktionen för sits. Sitsen kan tiltas från -4° - 13°.

Använd alltid sits- och ryggtiltsfunktion med försiktighet, så att ryck i stolen undviks.

Aktuator

Det finns tre aktuatorer under sätet på Cobi Cruise. Två sitsaktuatorer och en ryggaaktuator.

De två sitsaktuatorerna styr sitstilten. Ryggaaktuatorn styr ryggtiltsfunktionen.

Om aktuatorerna slutar fungera ska manöverkontrollen omstartas. Var uppmärksam på att alla tre aktuatorer aktiverats under omstarten.

Bromsar

Cobi Cruise har brukarbromsar placerade på var sida om ramen. De kan användas av både användare och omsorgspersonal.

Skivbromsarna används med hjälp av ett bromshandtag monterat på körbygeln.

Daglig rengöring av rullstolen

Rullstolens ram, sits och armstöd rengörs med vatten och ett vanligt rengöringsmedel. Sitsen kan tas av och desinficeras med ethanol 70-85% eller en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

Manöverkontrollen kan desinficeras med ethanol 70-85% eller en klorprodukt min. 1000 ppm och max. 10 000 ppm.

 Var uppmärksam på att inte klämma användarens hud, fingrar och fötter vid justering.



Omstart - manöverkontroll

Håll ner bäge piltangenterna markerade med röda prickar i 5 sekunder. Det får de tre aktuatorerna att köra till bottenläge.

När omstarten är gjord fungerar de elektriska funktionerna igen.

QUICK GUIDE

Cobi Cruise bariatrisk komfortrollstol

Guide till förflyttning, elektriska funktioner och uppladdning.

Från säng till rullstol, aktiv användare

1. Fotstöden svängs ut till sidan.
2. Sitsvinkeln anpassas till användarens behov.
3. Användaren sätter sig i rullstolen.
4. Höftvinkeln justeras.
5. Fotstöden svängs tillbaka.

Från säng till rullstol, passiv användare

1. Fotstöden svängs ut till sidan.
2. Sitsvinkeln anpassas till användarens behov.
3. Höftvinkeln justeras på ryggstödet.
4. Tilta rullstolen något tillbaka.
5. Svinga det ena armstödet tillbaka.

6. Lyft in användaren från sidan.
7. Sväng tillbaka fotstöden.

Ta rullstolen i bruk

Gör en bedömning om det finns behov av extra fyllning i ryggmodulerna när användaren sitter i rullstolen.

Ryggmodulerna finjusteras med hjälp av FitGo-systemet som är placerat på ryggplattorna.

Knappen aktiveras när den trycks in. Ska ryggstödet justeras dras knappen ut och vrids för att slacka eller spänna ryggstödet.

Andra justeringsmöjligheter

Körbygeln justeras med hjälp av ett klicksystem.

Benstöden kan ställas in i höjd och vinkel. Benstöden har också en swing away funktion.

Fotplattans vinkel, benstödens höjd och vinkel samt benplattans vinkel kan justeras utan verktyg.

